



Červenec 2025

Vážený zákazníku IDEXX,

v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení REACH 1907/2006 Vás informujeme, že sada baterií pro analyzátor elektrolytů a krevních plynů VetStat™ obsahuje >0,1 % olovnaté pájky. Olovnatá pájka se používá uvnitř akumulátoru k propojení elektronických vodičů a při běžném používání není přístupná.

Společnost IDEXX se zavazuje poskytovat Vám diagnostické výrobky nejvyšší kvality, které splňují všechny místní bezpečnostní a regulační požadavky. Pokračujte v používání analyzátoru a jeho akumulátoru podle návodu k použití.

S pozdravem

Tamara Goodine

Produktová manažerka VetStat™, IDEXX